

**Индивидуальный предприниматель
Старцев Александр Васильевич**

614064 г. Пермь ул. Ординская, 8-32, ИНН 594800293724

Директору ООО
«Жилремстройсервис – ПК»
Перун М.А.

Исх. № 43 от 13 ноября 2019 г.

Напоминаем Вам, что в 2020г. истекает срок поверки приборов узла коммерческого учета тепловой энергии на отопление установленных на жилых домах по адресу: п. Кукуштан, ул. Ленина 1б, ул. Ленина, 1в.

Согласно п. 14, «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя»: «После истечения срока действия Государственной поверки хотя бы одного из приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя показания приборов этого узла учета не учитываются при взаимных расчетах между энергоснабжающей организацией и потребителем».

Ориентировочная стоимость услуг по поверке в 2020 году составит 30000 рублей, в т.ч.
Ленина 1б – 12000 руб., Ленина 1в – 18000 руб.

Индивидуальный
предприниматель

 А.В.Старцев

"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель энергоснабжающей
организации



2019 год

А К Т

повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя

Жилой дом ООО «Жилремстройсервис-ПК»

по адресу: *с. Кукуштан, ул. Ленина, 1Б Пермского района, Пермского края*

и проверена комплектность необходимой документации, в результате чего установлено:

предъявленный узел учета тепловой энергии смонтирован в соответствии с Правилами

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается

в эксплуатацию с " 16 " сентября 2019 г. по " 15 " сентября 2020 г.

в следующем составе оборудования и пломбируется:

| тип прибора | заводской номер | показания прибора на момент допуска | дата поверки |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|
| Тепловычислитель ЭЛЬФ-01 | 30524715 | 0000 | 22.01.2016 (4) |
| Комплект термометров КТПТР-06 | 3466/3466А | $W_{100} = 1.391$ | 22.06.2016 (4) |
| Расходомер Карат-520 | 18804915 | Ду=40, К = 1,0 | 17.07.2017 (4) |
| Расходомер Карат-520 | 18834915 | Ду=40, К = 1,0 | 21.10.2019 (4) |
| | | | |
| | | | |

Тепловые потери на участке от границы балансовой принадлежности до узла учета предъявляются потребителю (величина потерь указывается в договоре), если узел учета оборудован не на границе балансовой принадлежности. Отчет о теплоснабжении представлять в энергоснабжающую организацию в сроки согласно договора.

Представитель энергоснабжающей организации: _____

Пожаров А.А. Пожаров

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись)

Представитель потребителя: _____

Шиб - Сташев АВ -

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись)